



防爆合格证

证号：GYB20.2765X

由 常州市武翔仪表有限公司
(地址：江苏省常州市武进区横林镇崔桥街)

制造的产品：

名称 隔爆型多点热电偶

型号规格 aWRbKc-d4ef

防爆标志 Ex d II C T1~T6 Gb Ex tD A21 IP65 T80°C

产品标准 GB/T 26786-2011

图样编号 WXGBD.008~014, WXDT.001~008

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 12476.1-2013、GB 12476.5-2013 标准，

特颁发此证。

本证书有效期：2020年11月16日至2025年11月15日

备注 1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：产品使用环境温度范围：-20°C~+60°C；涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造厂商；与防爆接线盒配套使用时，整体防爆等级应满足防爆标志中要求。
3. 型号规格说明：a代表热电偶分度号，可为K、N、E、J或T；b代表热电偶材料，可为N、M、E、F或G；c代表感温元件支数；d代表连接形式：可为1-无固定、2-螺纹安装和4-法兰安装；e代表多点形式：可为0或1；f代表温套管结构形式：可为空白（不选用分体套管时此处不标注）或温套管对应代码（选用分体套管时详见保护套管选型说明书）。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二〇年十一月十六日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180
传真：+86 21 64844580